

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 41389-09

Срок действия утверждения типа до 14 октября 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Системы измерения и мониторинга температуры и относительной влажности воздуха
С2000-ВТ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество научно-внедренческое предприятие «БОЛИД»
(ЗАО НВП «БОЛИД»), Московская обл., г. Королев

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 207-028-2024

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для систем с адресными термогигрометрами
исп. 01 и 02; 2 года - для систем с адресными термогигрометрами основного
исполнения

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2024 г. N 2245.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025



Е.Р.Лазаренко

«23» сентября 2024 г.